



مناقصة 15/2018

لتوريد أجهزة طبية ضمن مشروع الاستجابة الطارئة الشاملة للاحتياجات الصحية وتوفير الحماية الفورية للفئات المهمشة بقطاع غزة للتخفيف من المخاطر وإنقاذ الحياة الممول من الصندوق الإنساني (OPT HF) OPT Humanitarian Fund

تنفيذ اتحاد لجان العمل الصحي بالشراكة مع جمعية بنك الدم المركزي و مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية

Comprehensive Emergency response to immediate health and protection needs of vulnerable population of Gaza Strip to mitigate risks and save lives

Funded by: OPT Humanitarian Fund (OPT HF)

Implemented by: Union of Health Work Committees (UHC)

In partnership with: Central Blood Bank Society & El-Wafa Medical Rehab and Specialized Surgery Hospital.

فعلى الشركات الراغبة بدخول العطاء مراجعة اتحاد لجان العمل الصحي الكائن في غزة - النصر - أبراج المقوسي للحصول على العطاء والأصناف المطلوبة ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2018/8/5 وحتى نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 2018/8/8. مع العلم بأن آخر موعد لتسليم عروض الأسعار هو نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 2018/8/15. علماً بأن عرض السعر يسلم مقابل (100 دولار) غير مستردة

ملاحظة : تم إدراج أوراق المناقصة على الموقع الإلكتروني للاتحاد على العنوان التالي: www.uhwc.ps

للاستفسار عن المناقصة الرجاء الاتصال بـ :

السيدة/ نهال مهنا - قسم المشتريات على هاتف رقم 2895987

مواعيد العمل في الاتحاد من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية من بعد الظهر. مع التأكيد على عدم إمكانية بيع أي عطاء بعد التاريخ المحدد.

رئيس قسم المشتريات

نهال مهنا

الشروط الخاصة:

1. يشمل العرض على أجهزة طبية لصالح اتحاد لجان العمل الصحي حسب البنود الموضحة في جدول الكميات والأسعار.
2. الأسعار بالدولار وغير شاملة قيمة الضريبة المضافة .
3. المشروع معفى ضريبياً
4. تقوم الشركة بتقديم كفالة دخول عطاء تقدر ب 10 % من إجمالي قيمة عرض السعر .
5. تقوم الشركة بتقديم كفالة حسن تنفيذ تقدر ب 10% من إجمالي قيمة الاصناف التي تمت الترسية.
6. تقوم الشركة بتقديم كفالة ضمانات تقدر ب 10% من إجمالي قيمة الاصناف التي تمت الترسية عليها وسارية لمدة عام.
7. يجب أن تكون الأسعار سارية المفعول لمدة 90 يوماً من تاريخ تقديم عرض السعر.
8. يلتزم المورد بتقديم شهادة منشأ وسيرته الذاتية ترفق مع عرض السعر .
9. مدة التوريد خلال شهرين من تاريخ امر التوريد.
10. توريد جميع البنود المطلوبة إلى المخازن الرئيسية لاتحاد لجان العمل الصحي .
11. العرض قابل للتجزئة يحق التقدم لصنف واحد أو أكثر أو لجميع البنود .
12. إرفاق الكتالوجات الضرورية مع عرض السعر كضرورة قصوى .
13. الاتحاد غير ملزم بقبول أقل الأسعار ودون إيداء الأسباب.
14. يحق للاتحاد رفض أي بند يتم توريده مخالفاً للشروط والمواصفات والغاء امر التوريد في حال حدث ذلك.
15. يحق للاتحاد زيادة او نقصان ما نسبته (20%) من الكميات المدرجه في المناقصة.
16. يجب تعبئة جميع البيانات الخاصة بالبند المراد تقديم عرض سعر له حسب ما هو موضح في جدول الكميات والأسعار.
17. طريقة الدفع: 100 % من قيمة أمر التوريد بشيك بعد أسبوعين من استلام جميع البنود الموردة.
18. رسوم دخول العطاء (100 دولار) غير مستردة.
19. آخر موعد لتسليم عروض الأسعار نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 2018/8/15.

بيانات مقدم العطاء

اسم الشركة / المستودع : _____
رقم المشتغل المرخص: _____
المدير المسئول : _____
العنوان : _____
الهاتف : _____
الفاكس : _____
البريد الإلكتروني: _____
رقم الحساب البنكي: _____
البنك والفرع: _____

ممثل الشركة	
العنوان	
الهاتف	
الفاكس	
الجوال	
البريد الإلكتروني	

تفاصيل الكفالة البنكية	
اسم البنك / الفرع	
رقم الكفالة البنكية	
قيمة الكفالة البنكية	
تاريخ صدور الكفالة	
صلاحية الكفالة البنكية	

التاريخ: 2018/8/5

السادة/ _____ المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الرجاء تزويدنا بعرض سعر للوارد في الجداول أدناه وحسب المواصفات والكميات الموضحة، علماً بأن آخر موعد لاستلام عروض الأسعار هو الأربعاء الموافق 2018/8/15. على أن يتم التوريد خلال شهرين من تاريخ إصدار أمر التوريد، على أن تكون الأسعار بالدولار و غير شاملة لقيمة الضريبة المضافة

Nr.	Item	Unit	Qty.	U.Price \$	Total Price \$
.1	Patient bed	Unit	20		
.2	Patient transport Trolley	Unit	3		
.3	DC Shock	Unit	1		
.4	Air Drill	Unit	1		
Total					

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

نهال مهنا

رئيس قسم المشتريات

Patient Bed:

GENERAL SPECIFICATIONS

- Origin USA - EUROP - JAPAN
- Manual adjustment of backrest, footrest and height by crank
- Collapsible side rails
- 4 sections, mattress platform with break
- Electrostatic powder coated metal frame
- Lockable and detachable (PP) head and foot boards
- ABS covered sub frame
- Protective corner bumpers
- IV pole sockets
- 360° swivel and diagonally lockable castors
- Height adjustable IV pole

TECHICAL SPECIFICATIONS

External dimensions	220-230 x110-120cm
Mattress platform	90x190cm
Height Range (without mattress)	45-75cm
Backrest angle	0o-90o
Footrest angle	0o-45o
Castor diameter	125mm
Safe working load capacity	200-250kg
Weight	90-100kg

Patient Transportation Trolley:

- Origin USA - Europe - JAPAN
- Size(L*W*H): 1950*650*500–930mm
 - Equipped with two hydraulic pumps
 - Electrostatic spray steel frame
 - Two long ABS guardrail
 - Pedal control elevation and Trendelenburg / reverse trendelenburg
 - Located on both sides of the table
 - Functions:
 - Back–rest lifting: 0° -75°
 - Reversed trendelenburg: 0–15°
 - Trendelenburg: 0–15°
 - Height adjustment: 630-930mm
 - 8-10 inch central controlled caster
 - 5th wheel to control the direction of moving if possible
 - With 1 piece SS telescoping I V stand and previsions
 - Loading bearing: 220kg-250kg

DC Shock

- Energy setting Level: 1-360J in 12 steps
- Paddle: External (adult, Child)
- Cartographic Function: Provided
- Recharging time: About 6sec at 200 J
- Automatic discharging time after 30sec
- LCD monitor 8.4 Inch
- Original D500 Rolling Stand
- Pacemaker detection
- Automatic printing.
- Printer: Built in, Thermal printer
- ECG Synchronized System:
 - Freq. Response : 0.5 Hz to 40 Hz ECG
 - Freq. Response : 0.5 Hz to 32 Hz Paddle
- Optical Patient isolation

- Lead selection : I, II , III
- Gain Setting : 0.5 , 1.0 , 2.0
- CMRR : > 90 db
- Sweep speed : 12.5 , 25 , 50 mm /sec
- Wave form : 1 ECG
- Power: 220 V AC 50/60HZ
- Dust Cover included
- Chart Paper 5 ROLLS
- Electrode Jell 5 TUBES 50 ml
- Cable for ECG included

Air Power drill

AIR SYSTEM

- Easy handling
- Powerful
- Full line of attachments
- Steam & gas serializable
- Indications for use : Total Joint Arthroplasty; Trauma ; internal & external fixator
- Podiatry ;Spine ; Hand Surgery
- light Weight :
- Variable speed control trigger for maximum control
- Speed range : 0-1100 rpm
- Max. Operating Pressure : 7 Max 8 bar
- Single handed operation of Forward / Reverse mode switch

Complete with the following:-

- 2 hand pieces
- Three-jaw chuck up to dia. 7.0mm, chuck key
- AO chuck
- Hudson chuck

- DIN chuck (medullary reamer)
- Quick-action chuck for drill wires up to dia. 2.5mm
- Protection & guidance sleeve for Kirschner wires
- Air Hose
- 1/2 Steriliz.Container,lid perforated/
- Wirebasket 255x245x50mm with cover
- Silicon mat, green, 245x245mm
- Harris chuck
- Oscillating saw AO connection for saw blades
- Sternum saw
- (saw blad set)
- Schandar – BOC length 5 m
- Air solider
- Adapter (air sellider to saw)
- Autoclavable (130-136 C)