



إعلان مناقصة 17/2018

لتوريد Digital Panoramic for Dental

ضمن مشروع "ضمان الوصول لخدمات الأشعة بجودة عالية في جنوب قطاع غزة"

الممول من Bizkaia من خلال PAZ

To guarantee the access to high quality radiology services in South Gaza Strip

Funded by: Bizkaia through Paz Con Dignidad

Implemented by: Union of Health Work Committees (UHWC)

فعلى الشركات الراغبة بدخول العطاء مراجعة اتحاد لجان العمل الصحي الكائن في غزة - النصر - أبراج المقوسي للحصول على العطاء والأصناف المطلوبة ابتداءً من يوم الخميس الموافق 2018/9/13 وحتى نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 2018/9/18. مع العلم بأن آخر موعد لتسليم عروض الأسعار هو نهاية عمل يوم الاثنين الموافق 2018/9/24. علماً بأن عرض السعر يسلم مقابل (100 دولار) غير مستردة

ملاحظة : تم إدراج أوراق المناقصة على الموقع الإلكتروني للاتحاد على العنوان التالي: www.uhwc.ps

للاستفسار عن المناقصة الرجاء الاتصال بـ :

السيدة/ نهال مهنا - قسم المشتريات على هاتف رقم 2895987

مواعيد العمل في الاتحاد من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية من بعد الظهر. مع التأكيد على عدم إمكانية بيع أي عطاء بعد التاريخ المحدد.

رئيس قسم المشتريات

نهال مهنا



الشروط الخاصة:

1. يشمل العرض على أجهزة طبية لصالح اتحاد لجان العمل الصحي حسب البنود الموضحة في جدول الكميات والأسعار.
2. الأسعار بالدولار وغير شاملة قيمة الضريبة المضافة .
3. المشروع معفى ضريبياً
4. تقوم الشركة بتقديم كفالة دخول عطاء تقدر ب 10 % من إجمالي قيمة عرض السعر.
5. تقوم الشركة بتقديم كفالة حسن تنفيذ تقدر ب 10% من إجمالي قيمة الاصناف التي تمت الترسية.
6. تقوم الشركة بتقديم كفالة ضمانتة تقدر ب 10% من إجمالي قيمة الاصناف التي تمت الترسية عليها وسارية لمدة عام.
7. يجب أن تكون الأسعار سارية المفعول لمدة 90 يوماً من تاريخ تقديم عرض السعر.
8. يلتزم المورد بتقديم شهادة منشأ وسيرته الذاتية ترفق مع عرض السعر .
9. مدة التوريد خلال شهرين من تاريخ امر التوريد.
10. توريد جميع البنود المطلوبة إلى المخازن الرئيسية لاتحاد لجان العمل الصحي .
11. إرفاق الكتالوجات الضرورية مع عرض السعر كضرورة فصى .
12. الاتحاد غير ملزم بقبول أقل الأسعار ودون إيداء الأسباب.
13. يحق للاتحاد رفض أي بند يتم توريده مخالفاً للشروط والمواصفات والغاء امر التوريد في حال حدث ذلك.
14. يجب تعبئة جميع البيانات الخاصة بالبند المراد تقديم عرض سعر له حسب ما هو موضح في جدول الكميات والأسعار .
15. طريقة الدفع: 100 % من قيمة أمر التوريد بشيك بعد أسبوعين من استلام جميع البنود الموردة.
16. رسوم دخول العطاء (100 دولار) غير مستردة.
17. آخر موعد لتسليم عروض الأسعار نهاية عمل يوم الاثنين الموافق 2018/9/24.



بيانات مقدم العطاء

اسم الشركة / المستودع : _____
رقم المشتغل المرخص: _____
المدير المسئول : _____
العنوان : _____
الهاتف : _____
الفاكس : _____
البريد الإلكتروني: _____
رقم الحساب البنكي: _____
البنك والفرع: _____

ممثل الشركة	
العنوان	
الهاتف	
الفاكس	
الجوال	
البريد الإلكتروني	

تفاصيل الكفالة البنكية	
اسم البنك / الفرع	
رقم الكفالة البنكية	
قيمة الكفالة البنكية	
تاريخ صدور الكفالة	
صلاحية الكفالة البنكية	



السادة/ _____ المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الرجاء تزويدنا بعرض سعر للوارد في الجداول أدناه وحسب المواصفات والكميات الموضحة، علماً بأن آخر موعد لاستلام عروض الأسعار هو يوم الاثنين الموافق 2018/9/24. على أن يتم التوريد خلال شهرين من تاريخ إصدار أمر التوريد، على أن تكون الأسعار بالدولار و غير شاملة لقيمة الضريبة المضافة

No.	Item	Model	Manufacturer	Origin	Unit Price \$	Total Price \$
A	Standard					
1.	Digital Panoramic for Dental With all standard accessories					
Total Price \$						
Total Amount in letters:						
No.	Item	Model	Manufacturer	Origin	Unit Price \$	Total Price \$
B	Optional					
1.	Cephalometric system					
2.	Color printer					
3.	X-Ray APRON					
4.	3D features					
5.	DICOM Interface					
Total Price \$						
Total Amount in letters:						

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

نهال مهنا

رئيس قسم المشتريات



1. Digital Panoramic for Dental:

Features:

- Brand name & well know manufacture (JAPAN, USA, EUROPE),
- Digital imaging system,
- Touch screen or Keypad,
- Power switch exposure time selectors,
- Applications:
 - Panoramic: should be include
 - Tomography: (Temporomandibular joint-TMJ): should be include
 - Left, right, Anterior, and Frontal view of Maxillary Sinus,
 - Bitewing: should be include
 - **Cephalometric: (Option ⁽¹⁾)**, Please provide us the specification and price as additional quotation.
- Patient size selectors:
 - Standard Adult Panoramic,
 - Child Panoramic.
- Patient positions:
 - Stabilize patients of all sizes,
 - Wheelchair accessibility.
- Column controls: for easy patient height adjustment,
- Laser alignment lights: for accurately guide patient positioning,
- Handgrips: to help enhance patient comfort,
- Head support: holds the patient stable to reduce movement,
- Chin rest: for position adjustment,
- Emergency system,
- Hand Switch or remote control with exposure parameter display included in the scope of supply.

Technical specifications

- Tube Voltage:
 - Min Voltage: 60 ±5 kV,
 - Max Voltage: 90 ±5 kV,
- Tube Current:
 - Min Current: 2 ±1 mA,
 - Max Current: 12 ±2 mA,
- Focal spot: 0.5 mm, (Approved: IEC 60336),
- Exposure Time: (4 to 14) ± 2sec for all applications,
- Filtration: minimum total filtering 2.6 mm Al,
- Dynamic range: 12 ±4 bit,



- Detector (Sensor):
 - Image detector: (CCD or CdTe) CMOS,
 - Image field height: 150 ± 5 mm,
 - Image pixel size: 100 ± 5 μ m,
 - Sensor pixel size: $(50 - 100) \pm 5$ μ m,
 - Scan time: $(6 - 14) \pm 2$ sec.
- UPS: Suitable to operate the main unit and PC for at least 15 minutes.
 - UPS specification should be provided.
- PC: Desktop or Laptop
 - At least: 64 bit system, core i5, 16 GB Memory, 1 TB HDD, 1 GB Video memory, and 19" or more display monitor,
 - High efficiency graphics card.
 - With suitable specifications to operate the system,
 - Compatible to easy connect with Digitizer (CR) Imager system,
 - **Color printer: (Option ⁽²⁾)**, Please provide us the specification and price as additional quotation.
 - PC specification should be provided.
- Power Supply Voltage: 220 VAC, 50Hz for all equipment.

A. Standard Accessories:

- Main Unit,
- Hand switch,
- Remote control,
- UPS,
- PC,
- Patient chair,
- Operation and service manual with English language,
- Transportation and Installation,
- Complete with all standard accessories and ready for use.

B. Optional Accessories:

Please provide us the specification and price as additional quotation.

1. Cephalometric,
2. Color printer,
3. X-Ray APRON,
4. 3D features,
5. DICOM Interface.



إعلان مناقصة 17/2018

Digital Panoramic for Dental لتوريد

ضمن مشروع "ضمان الوصول لخدمات الأشعة بجودة عالية في جنوب قطاع غزة"

الممول من Bizkaia من خلال PAZ

To guarantee the access to high quality radiology services in South Gaza Strip

Funded by: Bizkaia through Paz Con Dignidad

Implemented by: Union of Health Work Committees (UHWC)

فعلى الشركات الراغبة بدخول العطاء مراجعة اتحاد لجان العمل الصحي الكائن في غزة - النصر - أبراج المقوسي للحصول على العطاء والأصناف المطلوبة ابتداءً من يوم الخميس الموافق 2018/9/13 وحتى نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 2018/9/18. مع العلم بأن آخر موعد لتسليم عروض الأسعار هو نهاية عمل يوم الاثنين الموافق 2018/9/24. علماً بأن عرض السعر يسلم مقابل (100 دولار) غير مستردة

ملاحظة : تم إدراج أوراق المناقصة على الموقع الإلكتروني للاتحاد على العنوان التالي: www.uhwc.ps

للاستفسار عن المناقصة الرجاء الاتصال بـ :

السيدة/ نهال مهنا - قسم المشتريات على هاتف رقم 2895987

مواعيد العمل في الاتحاد من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية من بعد الظهر. مع التأكيد على عدم إمكانية بيع أي عطاء بعد التاريخ المحدد.

رئيس قسم المشتريات

نهال مهنا



الشروط الخاصة:

1. يشمل العرض على أجهزة طبية لصالح اتحاد لجان العمل الصحي حسب البنود الموضحة في جدول الكميات والأسعار.
2. الأسعار بالدولار وغير شاملة قيمة الضريبة المضافة .
3. المشروع معفى ضريبياً
4. تقوم الشركة بتقديم كفالة دخول عطاء تقدر ب 10 % من إجمالي قيمة عرض السعر.
5. تقوم الشركة بتقديم كفالة حسن تنفيذ تقدر ب 10% من إجمالي قيمة الاصناف التي تمت الترسية.
6. تقوم الشركة بتقديم كفالة ضمان تقدر ب 10% من إجمالي قيمة الاصناف التي تمت الترسية عليها وسارية لمدة عام.
7. يجب أن تكون الأسعار سارية المفعول لمدة 90 يوماً من تاريخ تقديم عرض السعر.
8. يلتزم المورد بتقديم شهادة منشأ وسيرته الذاتية ترفق مع عرض السعر .
9. مدة التوريد خلال شهرين من تاريخ امر التوريد.
10. توريد جميع البنود المطلوبة إلى المخازن الرئيسية لاتحاد لجان العمل الصحي .
11. إرفاق الكتالوجات الضرورية مع عرض السعر كضرورة فصى .
12. الاتحاد غير ملزم بقبول أقل الأسعار ودون إيداء الأسباب.
13. يحق للاتحاد رفض أي بند يتم توريده مخالفاً للشروط والمواصفات والغاء امر التوريد في حال حدث ذلك.
14. يجب تعبئة جميع البيانات الخاصة بالبند المراد تقديم عرض سعر له حسب ما هو موضح في جدول الكميات والأسعار .
15. طريقة الدفع: 100 % من قيمة أمر التوريد بشيك بعد أسبوعين من استلام جميع البنود الموردة.
16. رسوم دخول العطاء (100 دولار) غير مستردة.
17. آخر موعد لتسليم عروض الأسعار نهاية عمل يوم الاثنين الموافق 2018/9/24.



بيانات مقدم العطاء

اسم الشركة / المستودع : _____
رقم المشتغل المرخص: _____
المدير المسئول : _____
العنوان : _____
الهاتف : _____
الفاكس : _____
البريد الإلكتروني: _____
رقم الحساب البنكي: _____
البنك والفرع: _____

ممثل الشركة	
العنوان	
الهاتف	
الفاكس	
الجوال	
البريد الإلكتروني	

تفاصيل الكفالة البنكية	
اسم البنك / الفرع	
رقم الكفالة البنكية	
قيمة الكفالة البنكية	
تاريخ صدور الكفالة	
صلاحية الكفالة البنكية	



السادة/ _____ المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الرجاء تزويدنا بعرض سعر للوارد في الجداول أدناه وحسب المواصفات والكميات الموضحة، علماً بأن آخر موعد لاستلام عروض الأسعار هو يوم الاثنين الموافق 2018/9/24. على أن يتم التوريد خلال شهرين من تاريخ إصدار أمر التوريد، على أن تكون الأسعار بالدولار و غير شاملة لقيمة الضريبة المضافة

No.	Item	Model	Manufacturer	Origin	Unit Price \$	Total Price \$
A	Standard					
1.	Digital Panoramic for Dental With all standard accessories					
Total Price \$						
Total Amount in letters:						
No.	Item	Model	Manufacturer	Origin	Unit Price \$	Total Price \$
B	Optional					
1.	Cephalometric system					
2.	Color printer					
3.	X-Ray APRON					
4.	3D features					
5.	DICOM Interface					
Total Price \$						
Total Amount in letters:						

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

نهال مهنا

رئيس قسم المشتريات



1. Digital Panoramic for Dental:

Features:

- Brand name & well know manufacture (JAPAN, USA, EUROPE),
- Digital imaging system,
- Touch screen or Keypad,
- Power switch exposure time selectors,
- Applications:
 - Panoramic: should be include
 - Tomography: (Temporomandibular joint-TMJ): should be include
 - Left, right, Anterior, and Frontal view of Maxillary Sinus,
 - Bitewing: should be include
 - **Cephalometric: (Option ⁽¹⁾)**, Please provide us the specification and price as additional quotation.
- Patient size selectors:
 - Standard Adult Panoramic,
 - Child Panoramic.
- Patient positions:
 - Stabilize patients of all sizes,
 - Wheelchair accessibility.
- Column controls: for easy patient height adjustment,
- Laser alignment lights: for accurately guide patient positioning,
- Handgrips: to help enhance patient comfort,
- Head support: holds the patient stable to reduce movement,
- Chin rest: for position adjustment,
- Emergency system,
- Hand Switch or remote control with exposure parameter display included in the scope of supply.

Technical specifications

- Tube Voltage:
 - Min Voltage: 60 ±5 kV,
 - Max Voltage: 90 ±5 kV,
- Tube Current:
 - Min Current: 2 ±1 mA,
 - Max Current: 12 ±2 mA,
- Focal spot: 0.5 mm, (Approved: IEC 60336),
- Exposure Time: (4 to 14) ± 2sec for all applications,
- Filtration: minimum total filtering 2.6 mm Al,
- Dynamic range: 12 ±4 bit,



- Detector (Sensor):
 - Image detector: (CCD or CdTe) CMOS,
 - Image field height: 150 ± 5 mm,
 - Image pixel size: 100 ± 5 μ m,
 - Sensor pixel size: $(50 - 100) \pm 5$ μ m,
 - Scan time: $(6 - 14) \pm 2$ sec.
- UPS: Suitable to operate the main unit and PC for at least 15 minutes.
 - UPS specification should be provided.
- PC: Desktop or Laptop
 - At least: 64 bit system, core i5, 16 GB Memory, 1 TB HDD, 1 GB Video memory, and 19" or more display monitor,
 - High efficiency graphics card.
 - With suitable specifications to operate the system,
 - Compatible to easy connect with Digitizer (CR) Imager system,
 - **Color printer: (Option ⁽²⁾)**, Please provide us the specification and price as additional quotation.
 - PC specification should be provided.
- Power Supply Voltage: 220 VAC, 50Hz for all equipment.

A. Standard Accessories:

- Main Unit,
- Hand switch,
- Remote control,
- UPS,
- PC,
- Patient chair,
- Operation and service manual with English language,
- Transportation and Installation,
- Complete with all standard accessories and ready for use.

B. Optional Accessories:

Please provide us the specification and price as additional quotation.

1. Cephalometric,
2. Color printer,
3. X-Ray APRON,
4. 3D features,
5. DICOM Interface.



إعلان مناقصة 17/2018

Digital Panoramic for Dental لتوريد

ضمن مشروع "ضمان الوصول لخدمات الأشعة بجودة عالية في جنوب قطاع غزة"

الممول من Bizkaia من خلال PAZ

To guarantee the access to high quality radiology services in South Gaza Strip

Funded by: Bizkaia through Paz Con Dignidad

Implemented by: Union of Health Work Committees (UHWC)

فعلى الشركات الراغبة بدخول العطاء مراجعة اتحاد لجان العمل الصحي الكائن في غزة - النصر - أبراج المقوسي للحصول على العطاء والأصناف المطلوبة ابتداءً من يوم الخميس الموافق 2018/9/13 وحتى نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 2018/9/18. مع العلم بأن آخر موعد لتسليم عروض الأسعار هو نهاية عمل يوم الاثنين الموافق 2018/9/24. علماً بأن عرض السعر يسلم مقابل (100 دولار) غير مستردة

ملاحظة : تم إدراج أوراق المناقصة على الموقع الإلكتروني للاتحاد على العنوان التالي: www.uhwc.ps

للاستفسار عن المناقصة الرجاء الاتصال بـ :

السيدة/ نهال مهنا - قسم المشتريات على هاتف رقم 2895987

مواعيد العمل في الاتحاد من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية من بعد الظهر. مع التأكيد على عدم إمكانية بيع أي عطاء بعد التاريخ المحدد.

رئيس قسم المشتريات

نهال مهنا



الشروط الخاصة:

1. يشمل العرض على أجهزة طبية لصالح اتحاد لجان العمل الصحي حسب البنود الموضحة في جدول الكميات والأسعار.
2. الأسعار بالدولار وغير شاملة قيمة الضريبة المضافة .
3. المشروع معفى ضريبياً
4. تقوم الشركة بتقديم كفالة دخول عطاء تقدر ب 10 % من إجمالي قيمة عرض السعر.
5. تقوم الشركة بتقديم كفالة حسن تنفيذ تقدر ب 10% من إجمالي قيمة الاصناف التي تمت الترسية.
6. تقوم الشركة بتقديم كفالة ضمانتة تقدر ب 10% من إجمالي قيمة الاصناف التي تمت الترسية عليها وسارية لمدة عام.
7. يجب أن تكون الأسعار سارية المفعول لمدة 90 يوماً من تاريخ تقديم عرض السعر.
8. يلتزم المورد بتقديم شهادة منشأ وسيرته الذاتية ترفق مع عرض السعر .
9. مدة التوريد خلال شهرين من تاريخ امر التوريد.
10. توريد جميع البنود المطلوبة إلى المخازن الرئيسية لاتحاد لجان العمل الصحي .
11. إرفاق الكتالوجات الضرورية مع عرض السعر كضرورة فصى .
12. الاتحاد غير ملزم بقبول أقل الأسعار ودون إيداء الأسباب.
13. يحق للاتحاد رفض أي بند يتم توريده مخالفاً للشروط والمواصفات والغاء امر التوريد في حال حدث ذلك.
14. يجب تعبئة جميع البيانات الخاصة بالبند المراد تقديم عرض سعر له حسب ما هو موضح في جدول الكميات والأسعار .
15. طريقة الدفع: 100 % من قيمة أمر التوريد بشيك بعد أسبوعين من استلام جميع البنود الموردة.
16. رسوم دخول العطاء (100 دولار) غير مستردة.
17. آخر موعد لتسليم عروض الأسعار نهاية عمل يوم الاثنين الموافق 2018/9/24.



بيانات مقدم العطاء

اسم الشركة / المستودع : _____
رقم المشتغل المرخص: _____
المدير المسئول : _____
العنوان : _____
الهاتف : _____
الفاكس : _____
البريد الإلكتروني: _____
رقم الحساب البنكي: _____
البنك والفرع: _____

ممثل الشركة	
العنوان	
الهاتف	
الفاكس	
الجوال	
البريد الإلكتروني	

تفاصيل الكفالة البنكية	
اسم البنك / الفرع	
رقم الكفالة البنكية	
قيمة الكفالة البنكية	
تاريخ صدور الكفالة	
صلاحية الكفالة البنكية	



السادة/ _____ المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الرجاء تزويدنا بعرض سعر للوارد في الجداول أدناه وحسب المواصفات والكميات الموضحة، علماً بأن آخر موعد لاستلام عروض الأسعار هو يوم الاثنين الموافق 2018/9/24. على أن يتم التوريد خلال شهرين من تاريخ إصدار أمر التوريد، على أن تكون الأسعار بالدولار و غير شاملة لقيمة الضريبة المضافة

No.	Item	Model	Manufacturer	Origin	Unit Price \$	Total Price \$
A	Standard					
1.	Digital Panoramic for Dental With all standard accessories					
Total Price \$						
Total Amount in letters:						
No.	Item	Model	Manufacturer	Origin	Unit Price \$	Total Price \$
B	Optional					
1.	Cephalometric system					
2.	Color printer					
3.	X-Ray APRON					
4.	3D features					
5.	DICOM Interface					
Total Price \$						
Total Amount in letters:						

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

نهال مهنا

رئيس قسم المشتريات



1. Digital Panoramic for Dental:

Features:

- Brand name & well know manufacture (JAPAN, USA, EUROPE),
- Digital imaging system,
- Touch screen or Keypad,
- Power switch exposure time selectors,
- Applications:
 - Panoramic: should be include
 - Tomography: (Temporomandibular joint-TMJ): should be include
 - Left, right, Anterior, and Frontal view of Maxillary Sinus,
 - Bitewing: should be include
 - **Cephalometric: (Option ⁽¹⁾)**, Please provide us the specification and price as additional quotation.
- Patient size selectors:
 - Standard Adult Panoramic,
 - Child Panoramic.
- Patient positions:
 - Stabilize patients of all sizes,
 - Wheelchair accessibility.
- Column controls: for easy patient height adjustment,
- Laser alignment lights: for accurately guide patient positioning,
- Handgrips: to help enhance patient comfort,
- Head support: holds the patient stable to reduce movement,
- Chin rest: for position adjustment,
- Emergency system,
- Hand Switch or remote control with exposure parameter display included in the scope of supply.

Technical specifications

- Tube Voltage:
 - Min Voltage: 60 ±5 kV,
 - Max Voltage: 90 ±5 kV,
- Tube Current:
 - Min Current: 2 ±1 mA,
 - Max Current: 12 ±2 mA,
- Focal spot: 0.5 mm, (Approved: IEC 60336),
- Exposure Time: (4 to 14) ± 2sec for all applications,
- Filtration: minimum total filtering 2.6 mm Al,
- Dynamic range: 12 ±4 bit,



- Detector (Sensor):
 - Image detector: (CCD or CdTe) CMOS,
 - Image field height: 150 ± 5 mm,
 - Image pixel size: 100 ± 5 μ m,
 - Sensor pixel size: $(50 - 100) \pm 5$ μ m,
 - Scan time: $(6 - 14) \pm 2$ sec.
- UPS: Suitable to operate the main unit and PC for at least 15 minutes.
 - UPS specification should be provided.
- PC: Desktop or Laptop
 - At least: 64 bit system, core i5, 16 GB Memory, 1 TB HDD, 1 GB Video memory, and 19" or more display monitor,
 - High efficiency graphics card.
 - With suitable specifications to operate the system,
 - Compatible to easy connect with Digitizer (CR) Imager system,
 - **Color printer: (Option ⁽²⁾)**, Please provide us the specification and price as additional quotation.
 - PC specification should be provided.
- Power Supply Voltage: 220 VAC, 50Hz for all equipment.

A. Standard Accessories:

- Main Unit,
- Hand switch,
- Remote control,
- UPS,
- PC,
- Patient chair,
- Operation and service manual with English language,
- Transportation and Installation,
- Complete with all standard accessories and ready for use.

B. Optional Accessories:

Please provide us the specification and price as additional quotation.

1. Cephalometric,
2. Color printer,
3. X-Ray APRON,
4. 3D features,
5. DICOM Interface.



إعلان مناقصة 17/2018

لتوريد Digital Panoramic for Dental

ضمن مشروع "ضمان الوصول لخدمات الأشعة بجودة عالية في جنوب قطاع غزة"

الممول من Bizkaia من خلال PAZ

To guarantee the access to high quality radiology services in South Gaza Strip

Funded by: Bizkaia through Paz Con Dignidad

Implemented by: Union of Health Work Committees (UHWC)

فعلى الشركات الراغبة بدخول العطاء مراجعة اتحاد لجان العمل الصحي الكائن في غزة - النصر - أبراج المقوسي للحصول على العطاء والأصناف المطلوبة ابتداءً من يوم الخميس الموافق 2018/9/13 وحتى نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 2018/9/18. مع العلم بأن آخر موعد لتسليم عروض الأسعار هو نهاية عمل يوم الاثنين الموافق 2018/9/24. علماً بأن عرض السعر يسلم مقابل (100 دولار) غير مستردة

ملاحظة : تم إدراج أوراق المناقصة على الموقع الإلكتروني للاتحاد على العنوان التالي: www.uhwc.ps

للاستفسار عن المناقصة الرجاء الاتصال بـ :

السيدة/ نهال مهنا - قسم المشتريات على هاتف رقم 2895987

مواعيد العمل في الاتحاد من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية من بعد الظهر. مع التأكيد على عدم إمكانية بيع أي عطاء بعد التاريخ المحدد.

رئيس قسم المشتريات

نهال مهنا



الشروط الخاصة:

1. يشمل العرض على أجهزة طبية لصالح اتحاد لجان العمل الصحي حسب البنود الموضحة في جدول الكميات والأسعار.
2. الأسعار بالدولار وغير شاملة قيمة الضريبة المضافة .
3. المشروع معفى ضريبياً
4. تقوم الشركة بتقديم كفالة دخول عطاء تقدر ب 10 % من إجمالي قيمة عرض السعر.
5. تقوم الشركة بتقديم كفالة حسن تنفيذ تقدر ب 10% من إجمالي قيمة الاصناف التي تمت الترسية.
6. تقوم الشركة بتقديم كفالة ضمان تقدر ب 10% من إجمالي قيمة الاصناف التي تمت الترسية عليها وسارية لمدة عام.
7. يجب أن تكون الأسعار سارية المفعول لمدة 90 يوماً من تاريخ تقديم عرض السعر.
8. يلتزم المورد بتقديم شهادة منشأ وسيرته الذاتية ترفق مع عرض السعر .
9. مدة التوريد خلال شهرين من تاريخ امر التوريد.
10. توريد جميع البنود المطلوبة إلى المخازن الرئيسية لاتحاد لجان العمل الصحي .
11. إرفاق الكتالوجات الضرورية مع عرض السعر كضرورة فصى .
12. الاتحاد غير ملزم بقبول أقل الأسعار ودون إيداء الأسباب.
13. يحق للاتحاد رفض أي بند يتم توريده مخالفاً للشروط والمواصفات والغاء امر التوريد في حال حدث ذلك.
14. يجب تعبئة جميع البيانات الخاصة بالبند المراد تقديم عرض سعر له حسب ما هو موضح في جدول الكميات والأسعار .
15. طريقة الدفع: 100 % من قيمة أمر التوريد بشيك بعد أسبوعين من استلام جميع البنود الموردة.
16. رسوم دخول العطاء (100 دولار) غير مستردة.
17. آخر موعد لتسليم عروض الأسعار نهاية عمل يوم الاثنين الموافق 2018/9/24.



بيانات مقدم العطاء

اسم الشركة / المستودع : _____
رقم المشتغل المرخص: _____
المدير المسئول : _____
العنوان : _____
الهاتف : _____
الفاكس : _____
البريد الإلكتروني: _____
رقم الحساب البنكي: _____
البنك والفرع: _____

ممثل الشركة	
العنوان	
الهاتف	
الفاكس	
الجوال	
البريد الإلكتروني	

تفاصيل الكفالة البنكية	
اسم البنك / الفرع	
رقم الكفالة البنكية	
قيمة الكفالة البنكية	
تاريخ صدور الكفالة	
صلاحية الكفالة البنكية	



السادة/ _____ المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الرجاء تزويدنا بعرض سعر للوارد في الجداول أدناه وحسب المواصفات والكميات الموضحة، علماً بأن آخر موعد لاستلام عروض الأسعار هو يوم الاثنين الموافق 2018/9/24. على أن يتم التوريد خلال شهرين من تاريخ إصدار أمر التوريد، على أن تكون الأسعار بالدولار و غير شاملة لقيمة الضريبة المضافة

No.	Item	Model	Manufacturer	Origin	Unit Price \$	Total Price \$
A	Standard					
1.	Digital Panoramic for Dental With all standard accessories					
Total Price \$						
Total Amount in letters:						
No.	Item	Model	Manufacturer	Origin	Unit Price \$	Total Price \$
B	Optional					
1.	Cephalometric system					
2.	Color printer					
3.	X-Ray APRON					
4.	3D features					
5.	DICOM Interface					
Total Price \$						
Total Amount in letters:						

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

نهال مهنا

رئيس قسم المشتريات



1. Digital Panoramic for Dental:

Features:

- Brand name & well know manufacture (JAPAN, USA, EUROPE),
- Digital imaging system,
- Touch screen or Keypad,
- Power switch exposure time selectors,
- Applications:
 - Panoramic: should be include
 - Tomography: (Temporomandibular joint-TMJ): should be include
 - Left, right, Anterior, and Frontal view of Maxillary Sinus,
 - Bitewing: should be include
 - **Cephalometric: (Option ⁽¹⁾)**, Please provide us the specification and price as additional quotation.
- Patient size selectors:
 - Standard Adult Panoramic,
 - Child Panoramic.
- Patient positions:
 - Stabilize patients of all sizes,
 - Wheelchair accessibility.
- Column controls: for easy patient height adjustment,
- Laser alignment lights: for accurately guide patient positioning,
- Handgrips: to help enhance patient comfort,
- Head support: holds the patient stable to reduce movement,
- Chin rest: for position adjustment,
- Emergency system,
- Hand Switch or remote control with exposure parameter display included in the scope of supply.

Technical specifications

- Tube Voltage:
 - Min Voltage: 60 \pm 5 kV,
 - Max Voltage: 90 \pm 5 kV,
- Tube Current:
 - Min Current: 2 \pm 1 mA,
 - Max Current: 12 \pm 2 mA,
- Focal spot: 0.5 mm, (Approved: IEC 60336),
- Exposure Time: (4 to 14) \pm 2sec for all applications,
- Filtration: minimum total filtering 2.6 mm Al,
- Dynamic range: 12 \pm 4 bit,



- Detector (Sensor):
 - Image detector: (CCD or CdTe) CMOS,
 - Image field height: 150 ± 5 mm,
 - Image pixel size: 100 ± 5 μ m,
 - Sensor pixel size: $(50 - 100) \pm 5$ μ m,
 - Scan time: $(6 - 14) \pm 2$ sec.
- UPS: Suitable to operate the main unit and PC for at least 15 minutes.
 - UPS specification should be provided.
- PC: Desktop or Laptop
 - At least: 64 bit system, core i5, 16 GB Memory, 1 TB HDD, 1 GB Video memory, and 19" or more display monitor,
 - High efficiency graphics card.
 - With suitable specifications to operate the system,
 - Compatible to easy connect with Digitizer (CR) Imager system,
 - **Color printer: (Option ⁽²⁾)**, Please provide us the specification and price as additional quotation.
 - PC specification should be provided.
- Power Supply Voltage: 220 VAC, 50Hz for all equipment.

A. Standard Accessories:

- Main Unit,
- Hand switch,
- Remote control,
- UPS,
- PC,
- Patient chair,
- Operation and service manual with English language,
- Transportation and Installation,
- Complete with all standard accessories and ready for use.

B. Optional Accessories:

Please provide us the specification and price as additional quotation.

1. Cephalometric,
2. Color printer,
3. X-Ray APRON,
4. 3D features,
5. DICOM Interface.